NeuroImplantes
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS

FICHA TÉCNICA

Emisión: 06/11/2026

Neuroimplantes S.A.
Cra 44 # 82 - 164, segundo piso. Barranquilla, Colombia
304 559 2366
comercial1@neuroimplantes.com | comercial2@neuroimplantes.com
https://neuroimplantes.com/

PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE

Osteosíntesis



Imagen de referencia del producto.

La Placa de Radio Distal de Ángulo Variable es una solución de bajo perfil para fijación interna del radio distal. La tecnología de ángulo variable permite orientar determinados tornillos dentro del rango admitido por el sistema, facilitando la adaptación de la trayectoria de fijación a la anatomía y al patrón seleccionado.

Características principales

- Titanio de uso médico.

- Tornillos corticales, bloqueados y bloqueados de ángulo variable de 2,4 mm.

- Rango de longitudes aproximado de 45 a 75 mm.

- Perfil aproximado de 2 mm.

- Configuraciones derecha e izquierda.

La combinación de bajo perfil y opciones de orientación del tornillo la convierte en una alternativa versátil dentro del portafolio de fijación de muñeca. La trayectoria y longitud de los tornillos deben verificarse intraoperatoriamente conforme a la técnica aplicable.

mindray

Distribución autorizada

invima

Información sanitaria

Verificación por referencia de producto.

FICHA TÉCNICA

Emisión: 06/11/2026

PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE

Uso profesional: la selección de referencia, longitud, lateralidad, tornillería y técnica de implantación debe ser realizada por personal sanitario cualificado y validada con la documentación técnica, instrucciones de uso y registro sanitario aplicables al dispositivo suministrado.

Información adicional del producto

Material	TITANIO
Tornillería	CORTICAL 2.4- BLOQUEADO 2.4 - BLOQUEADO 2.4 VA
Longitud	45-75MM
Perfil	2MM
Lateralidad	DER-IZQ

Referencia, configuración y disponibilidad se confirman con Neuroimplantes al solicitar cotización.