NeuroImplantes
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS

FICHA TÉCNICA

Emisión: 05/11/2026

Neuroimplantes S.A.
Cra 44 # 82 - 164, segundo piso. Barranquilla, Colombia
304 559 2366
comercial1@neuroimplantes.com | comercial2@neuroimplantes.com
https://neuroimplantes.com/

PLACA OSTEOTOMIA TIBIAL MEDIAL

Osteosíntesis



Imagen de referencia del producto.

La Placa de Osteotomía Tibial Medial está orientada a la fijación de osteotomías planificadas en la tibia proximal. Su diseño permite combinar tornillos corticales y de bloqueo para estabilizar la corrección definida durante el procedimiento.

Características principales

- Titanio de uso médico.

- Configuración para la región medial de la tibia proximal.

- Tornillos corticales de 4,5 mm y bloqueados de 5,0 mm.

- Longitud aproximada de 115 mm.

- Perfil aproximado de 3 mm.

Está pensada para integrarse en procedimientos de osteotomía con planificación de alineación. La selección de la placa, el grado de corrección y la secuencia de fijación deben seguir la técnica indicada para el dispositivo suministrado.

mindray

Distribución autorizada

invima

Información sanitaria

Verificación por referencia de producto.

PLACA OSTEOTOMIA TIBIAL MEDIAL

Uso profesional: la selección de referencia, longitud, lateralidad, tornillería y técnica de implantación debe ser realizada por personal sanitario cualificado y validada con la documentación técnica, instrucciones de uso y registro sanitario aplicables al dispositivo suministrado.

Información adicional del producto

Material	TITANIO
Tornillería	CORTICAL 4.5 – BLOQUEADO 5.0
Longitud	115MM
Perfil	3MM
Lateralidad	N/A

Referencia, configuración y disponibilidad se confirman con Neuroimplantes al solicitar cotización.