NeuroImplantes
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS

FICHA TÉCNICA

Emisión: 05/11/2026

Neuroimplantes S.A.
Cra 44 # 82 - 164, segundo piso. Barranquilla, Colombia
304 559 2366
comercial1@neuroimplantes.com | comercial2@neuroimplantes.com
https://neuroimplantes.com/

Conector transversal II — Mindray

Referencia: Connector (II) | Columna




Imagen de referencia del producto.

Descripción

Conector transversal II de titanio para barras de 6,0 mm.

Especificaciones técnicas

Fabricante	Mindray
Sistema	Posterior Thoracic-Lumbar System
Modelo del catálogo	Connector (II)
Material	Titanio
Compatibilidad indicada	Barra Ø 6,0 mm

mindray

Distribución autorizada

invima

Información sanitaria

Verificación por referencia de producto.

Connector (II)

Diámetro del conector	3,0 mm
Longitudes	50, 60, 70, 80 y 90 mm

Referencias del catálogo

F15AB-PA00097 (50 mm), F15AB-PA00098 (60 mm), F15AB-PA00069 (70 mm), F15AB-PA00070 (80 mm), F15AB-PA00099 (90 mm).

Las medidas corresponden a opciones del catálogo; la disponibilidad de cada referencia se confirma al cotizar.

Referencia, configuración y disponibilidad se confirman con Neuroimplantes al solicitar cotización.